



SZP.292-50/2017

Łódź, 31.10.2017r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi*”. Numer postępowania: 50/2017.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 14) Czy zamawiający wymaga jednorazowe śliniaki dentystyczne z dwóch warstw bibuły przedzielone warstwą folii PE, w dolnej części zakończone kieszenią, z trokami do wiązania, rozmiar: 38 x 48 cm + kieszeń 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanych powyżej śliniaków.

Pytanie 2: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 29 b)) Czy zamawiający dopuści basen z pulpy o poj. 2 l, wymiary dł. 365 x szer 270 x wys. 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej basenu.

Pytanie 3: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 30 a)) Czy zamawiający dopuści basen głęboki z pulpy o poj. 2 l, wymiary: 355x285x100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej basenu.

Pytanie 4: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 5) Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu niskociśnieniowego małych ran o pojemności 50ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 5: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 8) Czy Zamawiający dopuści łącznik 5-8mm lub 8-15mm?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie łącznika w rozmiarze 5-8mm, ale nie dopuszcza łącznika w rozmiarze 8-15mm.

Pytanie 6: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 14) Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35cm x 48cm, pakowany a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 62 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanych powyżej śliniaków.

Pytanie 7: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 17) Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną ze stałym sztyldem, wykonaną z medycznego PCV bez pokrycia silikonowego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 8: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 55) Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 90cm z otworem o śr. 10cm, chłonność 350%?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej serwety.

Pytanie 9: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 56) Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C” o poniższym składzie:

Osłona na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej osłony na ramię „C”.

Pytanie 10: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 4) Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zamknięte systemy odsysania z dróg oddechowych do stosowania u pacjenta do 72 godzin w rozmiarach 10CH - 16CH, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowania zamkniętych systemów do odsysania z dróg oddechowych w rozmiarach: od CH10 do CH16 z możliwością stosowania przez min. 72h pod warunkiem zaoferowania dodatkowo systemu do odsysania z dróg oddechowych w rozmiarze CH18 min. 48h.

Pytanie 11: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 7) Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści dotychczas stosowany przez Zamawiającego przyrząd do tamponady nosa przedniej i tylnej, dwubalonowy, sterylny, jednorazowego użycia tylko w jednym rozmiarze o średnicy wewnętrznej 5 mm i długości 12 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 12: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 7) Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści rurkę tracheostomijną z balonem niskociśnieniowym, silikonowaną, sterylną, w rozmiarach: 7, 8, 9, z mankietem z ruchomą ramką, o płynnym nieskokowym przesuwie, rozmiar rurki (śr. wew.; śr. zew.; dł.) oraz śr. mankieta widoczne po założeniu w jednym miejscu: na ramce?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 13: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 7) Czy Zamawiający w pozycji 7 wymaga, aby rurka tracheostomijna z balonem niskociśnieniowym z ruchomą ramką, posiadała mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 14: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 4) Czy Zamawiający miał na myśli i będzie wymagać wysokiej jakości system zamknięty do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych w rozmiarach CH10 - CH16 do rurki intubacyjnej, w rozmiarach CH12 - CH16 do rurki tracheostomijnej, z możliwością stosowania przez min. 72h, w rozmiarze CH18 do rurki intubacyjnej min. 48h?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji nie wymaga ale dopuszcza zaoferowania zamkniętych systemów do odsysania z dróg oddechowych w rozmiarach: od CH10 do CH16 - do rurki intubacyjnej z możliwością stosowania przez min. 72h, w rozmiarach: od CH12 do CH16 – do rurki tracheostomijnej z możliwością stosowania przez min. 72h oraz w rozmiarze CH18 do rurki intubacyjnej min. 48h.

Pytanie 15: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 4) Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych były sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga, aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych były sterylne.

Pytanie 16: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 4) Czy Zamawiający wymaga, aby system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych był nierozłączalny?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga, aby system zamknięty do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych był nierozłączalny.

Pytanie 17: (Dot. załącznik nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 23) Czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagać zestawu jednorazowego użytku składającego się z: worka samorozprężalnego dla dorosłych, masek w dwóch rozmiarach #4 i #5, rezerwuaru tlenowego i drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania zestawu jednorazowego użytku składającego się z: worka samorozprężalnego dla dorosłych, masek w dwóch rozmiarach #4 i #5, rezerwuaru tlenowego i drenu tlenowego.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2017r. do godz. 10:00.** Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia 06.11.2017r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017r. do godz. 10:15.

**Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski**