SZP.292-35/2018

Łódź, 15.11.2018r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: *„Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”* Numer postępowania: 35/2018.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1. w rozdziale III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

jest:
„Termin realizacji: maksymalnie 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.”

a powinno być:
„Termin realizacji:
1) Zakres I, II poz. 1-6, 8 – 34, III – maksymalnie 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
2) Zakres II poz. 7 – maksymalnie 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.”

2. w rozdziale XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt 2.2.:

jest:
„2.2. Zasady oceny kryterium „*Termin dostawy*” (W_{p2})
Ocena kryterium *„Termin dostawy”* zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium *„Termin dostawy”* poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:
1) dostawa w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 20 pkt,
2) dostawa w terminie powyżej 2 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium *„Termin dostawy”* wynosi 20 pkt.”

a powinno być:
„2.2. Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (W_{p2})
Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi:
*1) w Zakresie I, II poz. 1-6, 8 – 34, III – **3 dni robocze** od dnia złożenia zamówienia.*
*2) w Zakresie II poz. 7 – **8 tygodni** od dnia złożenia zamówienia.*
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

w Zakresie I, II poz. 1-6, 8 – 34, III:
1) dostawa w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 20 pkt,
2) dostawa w terminie powyżej 2 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 0 pkt.

w Zakresie II poz. 7:
1) dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 20 pkt,
2) dostawa w terminie powyżej 6 do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia W_{p2} = 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin dostawy" wynosi 20 pkt."

3. w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy) w § 4:

jest:

„1. Za jakość, tożsamość oraz termin przydatności dostarczonego asortymentu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych i jakościowych (widocznych) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty dostawy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie (stosowny protokół). Wady jakościowe (ukryte) będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu (w formie protokołu).
3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz poinformować czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji."

a powinno być:

„1. Za jakość, tożsamość oraz termin przydatności dostarczonego asortymentu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych i jakościowych (widocznych) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty dostawy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie (stosowny protokół). Wady jakościowe (ukryte) będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu (w formie protokołu).
3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie:
1) 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego - w przypadku reklamacji ilościowej,
2) 7 dni od dnia dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej,
oraz poinformować czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania (w przypadku reklamacji ilościowej) lub od dostarczenia reklamowanych wyrobów (w przypadku reklamacji jakościowej), uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji."

W załączeniu SIWZ po modyfikacji.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 03.12.2018r. do godz. 10:00.** Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie **do dnia 03.12.2018r. do godz. 10:00**.
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.12.2018r. do godz. 10:15**.

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: (Dot. Zakres II poz. 1 i 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca dostarczył towar z Zakresu II poz. 1 i 9 z terminem ważności min. 12 miesięcy od dnia dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycjach nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2: (Dot. zapisu wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3: (Dot. zapisu wzoru umowy) Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:
„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4: (Dotyczy Zakresu II poz. 29 oraz Zakresu III poz. 14) Mając na uwadze zapisy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w myśl którego „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim (…)", czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Zakresie II poz. 29 oraz Zakresie III poz. 14 asortymentu posiadającego wymagane przepisami oznakowania, ulotkę oraz etykiety w języku angielskim oraz dostarczenia wraz z pierwszą dostawą niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na to aby wyroby medyczne w Zakresie II poz. 29 oraz Zakresu III poz. 14 posiadały wymagane przepisami oznakowania, ulotkę, etykiety w języku angielskim oraz dostarczenie wraz z pierwszą dostawą niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim.

Pytanie 5: (Dot. zapis wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT została uwzględniona w § 10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Pytanie 6: (Dot. terminu płatności) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7: (Dot. zapis wzoru umowy) Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto niewykonanego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8: (Dot. zapis wzoru umowy) Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanych dostaw?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9: (Dot. Zakres II poz. 1 a) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 1 a) dopuści soczewkę o średnicy optycznej 6,0mm, dostępny dioptraż od -10,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0 do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D, posiadającą po dwa otwory w każdym haptenie, posiadającą podwójną ostrą krawędź 360° w celu większego zabezpieczenia przed PCO?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki wewnątrzgałkowej o średnicy optycznej 6,0mm, dioptraż od -10,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0 do +30,0D co 0,5D, od +30,0D do +40,0D co 1,0D, posiadającą po dwa otwory w każdym haptenie, posiadającą podwójną ostrą krawędź 360°, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 10: (Dot. Zakres II poz. 9) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 9 dopuści soczewkę o długości całkowitej 13,0 mm, współczynniku refrakcji 1,52, wraz z jednorazowym systemem implantacyjnym pakowanym oddzielnie?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji nie dopuszcza zaoferowania soczewki o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 11: (Dot. Zakres II poz. 17) Uprzejmie prosimy o podanie w mililitrach zapotrzebowania na preparat wiskoelastyczny w Zakresie II poz. 17 oraz o przeliczenie ilości oferowanych sztuk w zależności od wielkości opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki o pojemności 2ml wraz z igłą do podaży w ilości 2500 sztuk, tj. 5.000 ml.

Pytanie 12: (Dot. Zakres II poz. 17) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 17 dopuści 2% hydroksypropylometylocelulozę w ampułkostrzykawce o pojemności 2,5 ml? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający w Zakresie II pozycji nr 18 dopuści preparat wiskoelastyczny 1,4% hialuronian sodu o:lepkości 120 000 mPas (0,1 s-1), temperaturze przechowywania 2-8°C, osmolarności 280-330 mOsmol/l., masie cząsteczkowej 3,2-3,5 mln Da, w ampułkostrzykawce o pojemności 1ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu wiskoelastycznego o powyższych parametrach.

Pytanie 14: (Dot. Zakres II poz. 22) Czy Zamawiający w Zakresie II pozycji nr 22 dopuści dotorebkowy pierścień napinający o średnicy wyłącznie 11 mm, fabrycznie załadowany do jednorazowego injectora?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15: (Dot. Zakres II poz. 22) Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc o zewnętrznej blokadzie tłoka?
Odpowiedź: Pod pojęciem „zewnętrzna blokada tłoka" Zamawiający rozumie blokadę, która uniemożliwi samoistne odbezpieczenie się pierścienia.

Pytanie 16: (Dot. Zakres II poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr II pozycja nr 1 soczewkę wewnątrzgałkową asferyczną, bezaberacyjną, akrylową, hydrofilną, jednoczęściową o następujących parametrach:
MATERIAŁ: KOPOLIMER
ŚREDNICA OPTYCZNA - 6 mm
ZAKRES MOCY: -10D do +40D
ŚREDNICA CAŁKOWITA:
11 MM OD 0.0D DO 15.0D
10.7 MM OD 15.5D DO 22.0D
10.5 MM OD 22.5D DO 30.0D

KSZTAŁT: CZTERY HAPTENY, OSTRA TYLNA KRAWĘDŹ NA PEŁNYM OBWODZIE 360° CZĘŚCI OPTYCZNEJ, < 5 uM. ZNACZNIK POŁOŻENIA SOCZEWKI NA CZĘŚCI OPTYCZNEJ
UWODNIENIE: 26%
INDEKS REFRAKCJI: 1.46
ANGULACJA: 0°
z filtrem UV, z funkcją anti-glare, implantacja za pomocą injectora i kardriża dołączonego do soczewki przez cięcie 2.2 mm.
<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający w ww. pozycji nie dopuszcza zaoferowania soczewki wewnątrzgałkowej o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 17: (Dot. Zakres II poz. 19) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 19 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

Skład	- blulife $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ - środek zagęszczający - chlorek sodu - wodorofosforan sodu - diwodorofosforan sodu - woda do iniekcji
Stężenie	0,027 –0,033%
pH	7.0-7.4
Osmolarność	270 – 330 mOsm/kg
Endotoksyny	<5 EU/kg/h
Postać	ciecz
Objętość	0,7 ml
Opakowanie	Ampułkostrzykawka

<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający w ww. pozycji nie dopuszcza zaoferowania barwnika do barwienia błony tylnej o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 18: (Dot. Zakres II poz. 19) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 19 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

Skład	- błękit trypanu - blulife $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ - środek zagęszczający - chlorek sodu - wodorofosforan sodu - diwodorofosforan sodu - woda do iniekcji
Stężenie	0,162-0,198 % błękit trypanu 0,027 –0,033% bluelife
pH	7.0-7.4
Osmolarność	270 – 330 mOsm/kg
Endotoksyny	<5 EU ml
Postać	ciecz
Objętość	0,7 ml
Opakowanie	Ampułkostrzykawka

<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający w ww. pozycji nie dopuszcza zaoferowania barwnika do barwienia błony tylnej o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 19: (Dot. Zakres II poz 20) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 20 barwnik błękitu trypanu o stężeniu 0.05% pojemność 0.7 ml ampułkostrzykawka?
<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20: (Dot. Zakres II poz. 25) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 25 gaz SF6 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x opaska dla pacjenta?
<u>Odpowiedź:</u> Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku wraz z zestawem do podaży opisanym powyżej, pod warunkiem, że pojemnik będzie metalowy, sztywny z dozownikiem. W takiej sytuacji należy wycenić 16 opakowań po 75 ml.

Pytanie 21: (Dot. Zakres II poz. 26) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 26 gaz C3F8 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x opaska dla pacjenta?
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22: (Dot. Zakres II poz. 27) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 27 gaz C2F6 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie gazu C2F6 w pojemniku 75 ml wielorazowego użytku wraz z zestawem do podaży opisanym powyżej, pod warunkiem, że pojemnik będzie metalowy, sztywny z dozownikiem. W takiej sytuacji należy wycenić 16 opakowań po 75 ml.

Pytanie 23: (Dot. Zakres III poz. 18) Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 18 pierścień rozszerzający źrenicę w trakcie operacji okulistycznych, średnica 6.25 mm, jednorazowego użytku, sterylnie zapakowany; materiał polipropylen kształt kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówce, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usunięcia pierścienia z jednego portu operacyjnego?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie pierścienia rozszerzającego źrenicę w trakcie operacji okulistycznych o powyższych parametrach.

Pytanie 24: (Dot. Zakres II poz. 12) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie II poz. 12 implant p/jaskrowy XEN gel stent żelowy implant jednorazowy, rurka o długości 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mikrometrów i wewnętrzna 45 mikrometrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25: (Dot. Zakres II poz. 1) Czy w Zakresie II poz. 1 Zamawiający dopuści soczewkę asferyczną o śr. optycznej 6,0mm bez otworów w haptenie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26: (Dot. Zakres II poz. 14 i 15) Zamawiający dopuści oleje silikonowe o wsp. refrakcji 1.4 i ciężarze właściwym: 0.98 g/cm3 ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycjach dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego o współczynniku refrakcji 1.4 i ciężarze właściwym: 0.98 g/cm3.

Pytanie 27: (Dot. Zakres II poz. 18) . Czy w Zakresie II poz. 18 Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,6% o objętości 1,1ml, i lepkości 400.000mPas ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28: (Dot. Zakres II poz. 20) Czy w Zakresie II poz. 20 Zamawiający dopuści błękit trypanu w szkalnych fiolkach o pojemności 1,0ml, opakowanie handlowe = 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29: (Dot. Zakres III poz. 1) Czy w Zakresie III poz. 1 Zamawiający dopuści nóż MVR o kalibracji 20G/1,2mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 30: (Dot. Zakres III poz. 11) Zamawiający dopuści rekojeść bez kolorowego kodu paskowego, w zamian z barkodem DataMatrix w celu identyfikacji narzędzia, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie pęsety do witrektomii typu Eckardt bez kolorowego kodu paskowego na rękojeści, zaś z barkodem DataMatrix w celu identyfikacji narzędzia.

Pytanie 31: (Dot. Zakres II poz 17) Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę w strzykawce o objętości 2,5 ml. Jaką ilość należy wówczas zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 32: (Dot. Zakres II poz. 20) Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu w fiolce o pojemności 1 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy Zamawiający dopuści jako równoważne: Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe akrylowe lub akryżelowe, asferyczne nie indukujące aberracji sferycznej w oku pseudofakijnym, wykonane z hydrofilnego materiału uwodnionego w stopniu 25%, śr. optyczna: 6,0 mm, dł. całkowita: 12 mm, współczynnik refrakcji: 1,460, kąt angulacji: 0st., dostępny dioptraż: od 0D do +36D (w tym od +10D do +30D co 0,5D), o stałej A 118.0, z ostrą krawędzią 360st.?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki wewnątrzgałkowej jednoczęściowej akrylowej lub akryżelowej, asferycznej nie indukującej aberracji sferycznej w oku pseudofakijnym, wykonanej z hydrofilnego materiału uwodnionego w stopniu 25%, śr. optyczna: 6,0 mm, dł. całkowita: 12 mm, współczynnik

refrakcji: 1,460, kąt angulacji: 0st., dioptraż: od 0D do +36D (w tym od +10D do +30D co 0,5D), o stałej A 118.0, z ostrą krawędzią 360sto, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 34: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy Zamawiający dopuści soczewki, dla których producent nie wymienia w instrukcji użytkowania lub broszurze możliwości fiksacji skleralnej (podszycia), jednak budowa części haptycznych soczewki (części haptyczne z wewnętrzną podłużną fenestracją umożliwiającą przeprowadzenie szwów) wskazuje na taką możliwość?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 35: (Dot. Zakres II poz. 1a i 1b) Czy Zamawiający dopuści soczewki, zapakowane w jednym opakowaniu handlowym z iniektorem i kartridżem i jaką ilość soczewek i iniektorów z kartridżem należy w takim wypadku zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1 dopuszcza zaoferowanie soczewek zapakowanych w jednym opakowaniu handlowym wraz z iniektorem i kartridżem. W takim przypadku należy wycenić:
1) w poz. 1a – 2800 szt. soczewek zapakowanych w jednym opakowaniu handlowym wraz z iniektorem i kartridżem,
2) w poz. 1b – 100 szt kartridzy oraz injectorów.

Pytanie 36: (Dot. Zakres II poz. 25) Czy Zamawiający dopuści jako równoważny Gaz SF6 do stosowania w mikrochirurgi oka, składający się z metalowego dozownika, op. metalowy pojemnik (sztywny) 50 ml z dozownikiem (strzykawka) o pojemności 50ml, dodatkowo w tym samym opakowaniu filtr 0,2 mikrometra do gazu i kurek trójdrożny, wszystkie elementy zestawu umieszczone w jednym opakowaniu i sterylizowane tlenkiem etylenu ?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 o powyższych parametrach. W takiej sytuacji należy wycenić 24 opakowania po 50 ml.

Pytanie 37: (Dot. Zakres III poz. 1) Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ nóż: prosty, typu MVR, rozm. 20G, posiadający obustronnie ostrzone gładkie krawędzie tnące, sterylny, jednorazowego użytku ?
Odpowiedź: Zamawiający nie uznaje za spełniający wymogi SIWZ nóż o parametrach określonych powyżej. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania noża do portu bocznego, prostego, typu MVR, rozm. 20G/0,9mm, posiadającego obustronnie ostrzone gładkie krawędzie tnące, sterylnego, jednorazowego użytku.

Pytanie 38: (Dot. Zakres II poz 14) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oleju silikonowego 1000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka, lepkość 1000 cst. (mPa/s), współczynnik refrakcji 1,405 (w temp. 20 st.C), ciężar właściwy 0,965g/ml (cm3) (w temp. 20 st.C), o parowalności mniejszej niż 0,1% (200°C, 24h), o dystrybucji długości łańcuchów cząsteczkowych o odchyleniu standardowym długości łańcuchów mniejszym niż 0,028%, op. sterylne, strzykawka a'10ml.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego 1000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 39: (Dot. Zakres II poz. 15) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oleju silikonowego 5000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka, lepkość 5000 cst. (mPa/s), współczynnik refrakcji 1,405 (w temp. 20 st.C), ciężar właściwy 0,965g/ml (cm3) (w temp. 20 st.C), o parowalności mniejszej niż 0,1% (200°C, 24h), o dystrybucji długości łańcuchów cząsteczkowych o odchyleniu standardowym długości łańcuchów mniejszym niż 0,03%, op. sterylne, strzykawka a'10ml
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego 5000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka o opisanych powyżej parametrach.

Pytanie 40: (Dot. Zakres II poz. 14) Czy Zamawiający w zakresie II poz. 14 dopuści wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 1000-1500mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody). Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 41: (Dot. Zakres II poz. 15) Czy Zamawiający w zakresie II poz. 15 dopuści wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 5000-5900mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody). Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce - produkt sterylny, gotowy do użycia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 42: (Dot. Zakres II poz. 16) Czy Zamawiający w zakresie II poz. 16 dopuści wysokooczyszczoną perfluorodekalinę o wzorze chemicznym C10F18, preparat stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki. Ciężar właściwy od 1,908g/cm3, współczynnik załamania światła od n=1,31 (dane przy temperaturze t=20 stopni C). Lepkość 5,53mpas (przy temperaturze t= 25 stopni C). Temperatura wrzenia 140,4-

142,4 stopni C. Jedno opakowanie zawiera 7ml płynu znajdującego się w szklanej fiolce - produkt sterylny, gotowy do użycia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 43: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o średnicy optycznej 6,0mm?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki hydrofilnej o średnicy optycznej 6,0mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 44: (Dot. Zakres II poz.1a i 1b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewek zapakowanych w jednym opakowaniu handlowym wraz z iniektorem i kartridżem i zgodzi się na połączenie tych pozycji w jedną w ilości 2800szt?
Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1 dopuszcza zaoferowanie soczewek zapakowanych w jednym opakowaniu handlowym wraz z iniektorem i kartridżem. W takim przypadku należy wycenić:
1) w poz. 1a – 2800 szt. soczewek zapakowanych w jednym opakowaniu handlowym wraz z iniektorem i kartridżem,
2) w poz. 1b – 100 szt kartridzy oraz injectorów.

Pytanie 45: (Dot. Zakres II poz. 9) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm, angulacji 5st, współczynniku refrakcji 1,52, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 46: (Dot. Zakres II poz. 14) Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 1000 mPas o gęstości 0,971 kg/l?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego 1000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka o gęstości 0,971 kg/l, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 47: (Dot. Zakres II poz. 15) Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 1000 mPas o gęstości 0,973 kg/l?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 48: (Dot. Zakres II poz. 16) Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5 mPas, tem. wrzenia 141-143st C?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49: (Dot. Zakres II poz. 17) Czy Zamawiający wymaga szklanej strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie preparatu wiskoelastycznego w szklanej strzykawce.

Pytanie 50: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8% o lepkości ok. 100 000mPas?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 51: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1-1,8%, roztwór 10-18mg/1ml, lepkość 20 000- 100 000mPas?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 52: (Dot. Zakres II poz. 20) Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu w strzykawce 1ml? Jeśli tak, to prosimy Zamawiającego o przeliczenie wymaganej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 53: (Dot. Zakres II poz. 25) Czy Zamawiający wymaga gazu okulistycznego SF6 zawierającego: 30 ml wielorazowy sterylny pojemnik; 3 x filtr 0,22µm + łącznik ;3 x strzykawka 60 ml; 3x zestaw 3 etykiet, 3x opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 w pojemniku 30 ml wielorazowego użytku wraz z zestawem do podaży opisanym powyżej, pod warunkiem, że pojemnik będzie metalowy, sztywny z dozownikiem.

Pytanie 54: (Dot. Zakres II poz. 26) Czy Zamawiający dopuści pojemnik 30ml wielorazowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 55: (Dot. Zakres II poz. 28) Czy Zamawiający dopuści mikrostrzałki w opakowaniu 144szt? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 56: (Dot. Zakres III poz. 1) Czy Zamawiający dopuści nóż MVR zagięty 20G 1,15mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 57: (Dot. Zakres III poz. 7) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G 0,45x28mm?
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie kaniuli tępej jałowej jednorazowego użytku do endoirygacji/płukania dróg łzowych 26G, 0,45x28mm.

Pytanie 58: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II pozycja 18 preparat wiskoelastyczny z hialuronianem sodu 1%, do stosowania wewnątrzgałkowego, jałowa sól sodowa wysokooczyszczona, nie wywołująca odczynów zapalnych, amp. 1ml, roztwór 10/1ml w strzykawce, lepkość: 300 000 mP/s, do przechowywania w temp. pokojowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 59: (Dot. Zakres II poz. 2) Czy Zamawiający dopuści zakres dioptrażu od + 10 D do +30 D ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 60: (Dot. Zakres II poz. 5) Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania przez Wykonawcę 1 szt. wielorazowego zestawu do markowania oka przedoperacyjnego i śródoperacyjnego ?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania 2 markerów do markowania oka.

Pytanie 61: (Dot. Zakres II poz. 9) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 13 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 62: (Dot. Zakres II poz. 9) Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego przekazania przez Wykonawcę 1 szt. wielorazowego zestawu do implantacji soczewek: injector + pęnseta **?**
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji nie wymaga nieodpłatnego przekazania przez Wykonawcę 1 szt. wielorazowego zestawu do implantacji soczewek: injector + pęnseta.

Pytanie 63: (Dot. Zakres II poz. 17) Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 1 ml wraz z kaniulą do podaży ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 64: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 20% wartości umowy i zostać zredukowane do faktycznych potrzeb i możliwości, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę."*
Uzasadnienie:
Zastrzeżenie przyznające Zamawiającemu niekontrolowaną dowolność w kształtowaniu ilości zamówienia stawia go w zbyt dużej niepewności co do finalnego zakresu umowy, który uda mu się zrealizować, co przedkłada się na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej atrakcyjności. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości wskazanej w SIWZ umożliwi mu lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej**.**
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 65: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: *„W przypadku dostarczania asortymentu, do którego stosowania konieczne jest uprzednie przeprowadzenie szkoleń w zakresie jego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego takiego szkolenia na dany asortyment w ramach wartości niniejszej Umowy."*
Uzasadnienie:
Umowa powinna precyzować, że Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie z użytkowania danego asortymentu, każde kolejne może zostać przeprowadzone na podstawie osobnego zlecenia. Gdyby Wykonawca był zobowiązany do przeprowadzenia bliżej nieokreślonej liczby szkoleń, wiązałoby się to z trudnościami w oszacowaniu i skalkulowaniu oferty i stawiałoby go w zbyt dużej niepewności co do zakresu świadczonych przez niego usług.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 66: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 3 pkt 2) projektu umowy w następującym brzmieniu*: „w Zakresie II poz. 1-13 – 2 lata,"*
Uzasadnienie:
Wykonawca może zagwarantować, że wyroby dostarczane w ramach Zakresu II poz. 1-13 będą miały termin ważności wynoszący 2 lata licząc od dnia dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 67: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 3 i 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie:*
a) 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego - w przypadku reklamacji ilościowej,
b) 7 dni roboczych od dnia dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej,

oraz poinformować czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania (w przypadku reklamacji ilościowej) lub dostarczenia reklamowanych wyrobów (w przypadku reklamacji ilościowej), uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji."
Uzasadnienie:
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów. Zasadnym jest więc, aby termin na rozpatrzenie takiej reklamacji biegł od dnia dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów. Ponadto należy wskazać, że dostarczenie Wykonawcy reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi w określaniu najważniejszych terminów umownych. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 68: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości netto niewykonanego zamówienia, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tego zamówienia,*
2. W sytuacji określonej w § 9 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanych dostaw."
Uzasadnienie:
- Kara umowna powinna być naliczana jedynie w sytuacji zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia" prawo określa każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i nie jest zasadne karanie Wykonawcy w takich okolicznościach;
- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie (co wynika z art. 32 ustawy PZP). Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem. Wykonawca nie ma wpływu na wysokość tego podatku;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za rozwiązanie umowy do 10% wartości niezrealizowanych dostaw. Kara w wysokości 20% jest zbyt wygórowana i może znacząco przekroczyć wartość ewentualnej szkody poniesionej przez Zamawiającego w takiej sytuacji, zasadnym jest więc jej miarkowanie;
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 69: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy w następującym brzmieniu*: „Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, to znaczy:*
c) świadczone przez Wykonawcę dostawy po raz trzeci istotnie odbiegają od istotnych wymagań określonych przez Zamawiającego,
d) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, z wyłącznej własnej winy nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą Umową."
Uzasadnienie:
- Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne wyjątkowo, w konkretnie wymienionych sytuacjach, a nie wymienionych jedynie przykładowo. W przeciwnym wypadku omawiane uprawnienie Zamawiającego mogłoby być stosowane w przypadku każdych, nawet nieistotnych uchybień niewpływających na ogólną jakość i terminowość świadczeń Wykonawcy;
- Rozwiązanie umowy powinno być możliwe w przypadku powtarzających się przynajmniej trzykrotnie naruszeń istotnych postanowień umowy powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego. Jak już wskazano, niedochowanie terminowości dostaw może wynikać z okoliczności, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu**;**
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 70 (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 10 projektu umowy ustępu nr 7.
Uzasadnienie:
Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów wprowadzonych przez producenta stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku**.**
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 71: (Dot. zapis wzoru umowy) Zwracam się z prośbą o dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: *„W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy, nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy."*
Uzasadnienie:
Jak już wskazano, zgodnie z ustawą PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług wpływający na wysokość ceny brutto jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy ustawodawca zmieni stawkę VAT na wyroby objęte umową, nowa stawka powinna być stosowana automatycznie, bez konieczności zawierana aneksu do umowy. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką;
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 72: (Dot. Zakres II poz. 7a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania nr 7 podpunkt a) w przypadku braku dostępności zamawianego dioptrażu soczewki B I L do czasu jej uzupełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy w takim przypadku w terminie (od 3 do 5 dni roboczych) posiadane z zamówienia dioptraże soczewek, a brakujące soczewki B I L dostarczy, gdy tylko je otrzyma od producenta (maksymalnie do 8 tygodni od złożenia zamówienia)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

Pytanie 73: (Dot. Zakres II poz. 26) Gaz śródoperacyjny C3H8. Czy zamawiający wyrazi zgogę na wydłużenie terminu dostawy w/w asortymentu do 2 miesięcy od dnia złozenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 74: (Dot. Zakres III poz. 9) Czy Zamawiający w Zakresie III pozycji 9 dopuści alternatywne rozwiązanie - to jest soczewkę nagałkową jednorazową przeznaczoną do wizualizacji centralnego ciała szklistego i dna oka? Jednocześnie w przypadku wyrażenia zgody prosimy zamawiającego o określenie wymaganej ilości opakowań, przy założeniu że 1 opakowanie zawiera 5 soczewek jednorazowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 75: (Dot. Zakres II poz. 1) Czy Zamawiający w zakresie II pozycji 1 dopuści soczewki jednoczęściowe akrylowe o średnicy optycznej 6mm i indeksie refrakcji 1,465? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki jednoczęściowej akrylowej o średnicy optycznej 6mm i indeksie refrakcji 1,465, pozostałe parametry bez zmian.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski