



www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (Centrum).” (Numer postępowania: 10/2019).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu III) Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy o wymiarach: 1500x660x1320 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Zakresie dopuszcza zaoferowanie ergometru rowerowego o wymiarach: 1500x660x1320 mm.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu III) Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy o wadze 94kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu III) Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy z maksymalnym obciążeniem 204 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Zakresie dopuszcza zaoferowanie ergometru rowerowego z maksymalnym obciążeniem 204 kg.

**Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski**