



SZP.292-14/2020

Łódź, 11.09.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku”. Numer postępowania: 14/2020.

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu XVI poz. 1) Czy Zamawiający dopuści termometr, o którym wg specyfikacji technicznej Producent podaje, że:

- odległość termometru od miejsca pomiaru: 1cm -5cm
- mierzona temperatura czoła lub pomiar za uszami
- Dokładność pomiaru:

Tryb ciało:

34.0°C - 34.9°C:±0.3°C

35.0°C - 42.0°C: ±0.2°C

42.1°C - 43.0°C:±0.3°C

- Tryb powierzchnia:

±2°C

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie termometra o parametrach określonych powyżej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 14) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek napełnionych roztworem NaCl 0,9% gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, długi korek zamykający o długości min. 12 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki luer lock, z wyraźnie zaznaczonym wyczuwalnie i optycznie miejscem otwierania (szeroki listek) umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzielania, ogranicznik tłoka uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza cylinder strzykawki, tłok po użyciu w wciskany do wnętrza strzykawki zgodnie z normą ISO 7886-1, klasa IIb. Okres ważności. 24 m-ce. Objętość roztworu soli odpowiednio: 3ml, 5 ml i 10 ml, opakowane max. 120 szt. (przy dostawie możliwość konfekcjonowania produktu w mniejsze opakowania jednostkowe).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w „Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SIWZ i odp. na pytania II” zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.09.2020r. w odpowiedzi na pytanie nr 349 nastąpiła omyłka. Zamawiający poprawia błędną odpowiedź, tj. w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie strzykawek napełnionych roztworem NaCl 0,9% o parametrach określonych powyżej.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 35) Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy 2a, używanego w Państwa Placówce, zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu, pozwalającym na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w „Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja SIWZ i odp. na pytania II” zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.09.2020r. w odpowiedzi na pytanie nr 408 nastąpiła omyłka. Zamawiający poprawia błędną odpowiedź, tj. w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej o parametrach określonych powyżej.

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ lek. med. Kamil Szyszow*