



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi serwisu sprzętu medycznego” w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 22/2021).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ - **w załączniku nr 3a do SWZ (Wzór umowy) w § 1 ust. 9:**

jest (po modyfikacji z dnia 06.07.2021r.):

„9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku dostępności oryginalnych części zamiennych pochodzących od producenta urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych części zamiennych, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji oryginalnych części.”

a powinno być:

„9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych. W przypadku braku dostępności oryginalnych części zamiennych pochodzących od producenta urządzenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia od producenta, że producent zaprzestał produkcji części, niniejsza umowa wygasa, z uwagi na niemożliwość kontynuacji umowy i realizacji świadczeń ze strony Wykonawcy. Wygaśnięcie umowy z tej przyczyny nie skutkuje powstawaniem roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy czy też obowiązku naliczania kar umownych.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na mocy art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.07.2021r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2021r. do godz. 11:30.

W konsekwencji powyższej zmiany w rozdz. XII SWZ zmianie ulega termin związania ofertą, tj. termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (i upływa z dniem 11.08.2021 roku), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Pakietu I, SWZ) Mając na uwadze rok produkcji aparatu rtg Multix Top będącego przedmiotem postępowania, pakiet nr 1, informujemy, że producent po dacie 31.12.2022 r. nie gwarantuje dostępności wszystkich części zamiennych względnie nie będzie gwarantował w całym okresie obowiązywania umowy. Tym samym Wykonawca nie może zobowiązać się do obsługi serwisowej zapewniając jednocześnie dostępność wszystkich części zamiennych w całym okresie obowiązywania umowy. Rzeczywisty okres, kiedy dostępne będą części zamienne

uzależniony jest m. in. od zapasów magazynowych producenta. Prosimy tym samym o potwierdzenie, że opisanej sytuacji obsługa serwisowa w zakładanym standardzie będzie odbywała się tak długo, jak długo producent będzie posiadał części zamienne. W przypadku rzeczywistego braku niezbędnych do naprawy części Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z naprawy urządzenia i jednocześnie w drodze aneksu do umowy ww. urządzenie zostanie wyłączone z umowy lub ograniczony zakres obsługi. Sytuacja opisana powyżej nie będzie rodziła jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych jak termin naprawy i inne.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W tym zakresie Zamawiający dokonuje zmiany §1 ust. 9 wzoru umowy - zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*