



Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów do mikrochirurgii oka*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 43/2021).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie I poz 5 implant przeciw jaskrowy, polipropylenowy, gładki, 0,4mm grubość płytki, bezzaworowy, z opóźnionym drenażem do stopniowego formowania pęcherzyka filtracyjnego, jednorazowy, sterylny  
Dostępny w trzech rozmiarach:  
SS ( 185mm<sup>2</sup>) 13,5mm x 15 mm  
SL ( 245mm<sup>2</sup>) 15 mm x 17 mm  
P1 (80mm<sup>2</sup>) pediatryczny 7mm x 7 mm góra, 9,5 mm x 9,5mm podstawa?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie dopuszcza możliwości zaferowania opisanego powyżej implantu przeciw jaskrowego.
- Pytanie: (Dot. Pakietu II poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 pozycji nr 4 punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palce można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatk. Rozmiar: 6,0, 6,25, 6,5mm-6,75mm-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm. W zestawie z sterylnym markerem.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie dopuszcza możliwości zaferowania opisanego powyżej punch'a próżniowego.
- Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 6)** Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da, lepkość 300 000mPa-s, otrzymywany w procesie biofermentacji bakteryjnej, objętość 1,0ml? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie dopuszcza możliwości zaferowania opisanego powyżej preparatu.
- Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 11)** Czy Zamawiający dopuści również wiskoelastyk o lepkości 400 000mPa-s i okresie trwałości 24 miesiące? Pozostałe parametry bez zmian.  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie dopuszcza możliwości zaferowania opisanego powyżej preparatu.
- Pytanie: (Dot. Pakietu II poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,45x28mm?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie dopuszcza możliwości zaferowania opisanej powyżej kaniuli.
- Pytanie: (Dot. Pakietu II poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści punch z podstawą próżniową posiadającą 5 otworów ssących (1 otwór centralny i 4 otwory paracentralne)?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaferowanie opisanego powyżej punch'a próżniowego.

Dyrektor  
Miejskiego Centrum Medycznego  
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  
/-/ mgr Konrad Łukaszewski