



SZP.292-02/2020

Łódź, 30.01.2020r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, klipsów tytanowych oraz innych materiałów medycznych” Numer postępowania: 02/2020.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 7 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy:

1) w Zakresie IX poz. 4:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu
Zakres IX - Siatki przepuklinowe, klipsy tytanowe i inne materiały medyczne	
4	Klipsy polimerowe do laparoskopii duże typu HEM LOCK do klipsownicy firmy Grena nr kat. 0301-04XLE.

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu
Zakres IX - Siatki przepuklinowe, klipsy tytanowe i inne materiały medyczne	
4	Klipsy polimerowe do laparoskopii duże typu HEM LOCK do klipsownicy firmy Grena nr kat. 0301-04XLE. Kompatybilność klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-04XLE musi być potwierdzona w Instrukcji Obsługi Klipsów.

2) w Zakresie IX poz. 5:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu
Zakres IX - Siatki przepuklinowe, klipsy tytanowe i inne materiały medyczne	
5	Klipsy tytanowe do laparoskopii średnioduże do klipsownicy firmy Grena nr kat. 0301-04XLE.

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu
Zakres IX - Siatki przepuklinowe, klipsy tytanowe i inne materiały medyczne	
5	Klipsy tytanowe do laparoskopii średnioduże do klipsownicy firmy Grena nr kat. 0301-07MLE. Kompatybilność klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-07MLE musi być potwierdzona w Instrukcji Obsługi Klipsów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.02.2020r. do godz. 11:00. Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia **04.02.2020r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2020r. godz. 11:15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz.4) Wnosimy o wprowadzenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 4 wymogu potwierdzenia w Instrukcji Obsługi Klipsów kompatybilności zaoferowanych klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-04XLE.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją treści SIWZ (pkt 1).

2. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 5) Czy w Pakiecie nr 9 poz. nr 5 Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-07MLE?

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji wymaga zaoferowania klipsów kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-07MLE, z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 60, w której dopuszcza możliwość zaoferowania klipsów wraz z użyczeniem w ramach zawartej umowy min. 3 klipsownic na czas trwania umowy. Wówczas klipsy zaoferowane przez Wykonawcę muszą być kompatybilne z użyczonymi klipsownicami.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 5) Wnosimy o wprowadzenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 5 wymogu potwierdzenia w Instrukcji Obsługi Klipsów kompatybilności zaoferowanych klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą 0301-07MLE.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją treści SIWZ (pkt 2).

4. Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 11) Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 poz. nr 11 lejców naczyniowych w rozmiarze 1,5 x 1,0 x 40 cm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lejców naczyniowych w rozmiarze 1,5 x 1,0 x 40 cm spełniających wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

5. Pytanie: (Dot. SIWZ) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp poprzez złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z ofertą.

6. Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 3) Czy w Pakiecie nr VIII poz. 3 Zamawiający dopuści nici polipropylenowe 10/0 o dł. 20cm z dwoma igłami 140mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

7. Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 5) Czy w Pakiecie nr VIII poz. 5 Zamawiający dopuści nici poliestrowe 5/0 niepowlekane?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

8. Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 6) Czy w Pakiecie nr VIII poz.6 Zamawiający dopuści nici 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi 5/16 koła 280mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9. Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 8) Czy w Pakiecie nr VIII poz. 8 Zamawiający dopuści nici 4/0 o dł. 50cm z jedną igłą o dł. 13mm 3/8 koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1) W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości brutto niewykonanego zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie zamówienia.

2) W sytuacji określonej w § 9 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanych dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11.Pytanie: (Dot. Zakresu V) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie V nici niewchłaniające monofilamentowe wykonane z polipropylenu i polietylenu, w miejsce nici niewchłaniających monofilamentowych polipropylenowych?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Zakresie dopuszcza zaoferowanie nici niewchłaniających monofilamentowych wykonanych z polipropylenu i polietylenu.

12.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 1-7) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VI poz. 1-7 nici syntetyczne wchłaniające monofilamentowe wchłaniające się pomiędzy 60-90 dniem?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie nici syntetycznych wchłaniających monofilamentowych wchłaniających się pomiędzy 60-90 dniem.

13.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 3) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VIII poz. 3 nici niewchłaniające monofilamentowe wykonane z polipropylenu i polietylenu, w miejsce nici niewchłaniających monofilamentowych polipropylenowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14.Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 2) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie IX poz. 2 wosk kostny w płytkach wykonany z wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie wosku kostnego w płytkach wykonanego z wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%.

15.Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 3) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie IX poz. 3 hemostatyk w rozmiarze 5x7cm

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie hemostatyku w rozmiarze 5x7cm.

16.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 8) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VI poz. 8 igły wielkości 15 w miejsce 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły wielkości 15mm (tj. 2 x 15mm).

17.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 10) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VI poz. 10 nitkę 70 cm w miejsce 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nitki o długości 70 cm.

18.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 11) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VI poz. 11 igłę wielkości 30mm w miejsce 31mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły wielkości 30mm.

19.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 12) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie VI poz. 12 igłę wielkości 37mm w miejsce 35-36mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły wielkości 37mm.

20.Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 10) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3x45cm lub 12x45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3x45cm lub 12x45cm. W takiej sytuacji należy wycenić 4048 szaszetek a' 3 nitki w szaszetce x 45cm lub 1012 szaszetek a'12 nitkek w szaszetce x 45cm.

21.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz.1-10) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni.

22.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 9-10) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych.

23.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 7) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 26mm ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej o długości 26mm.

24.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 9) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 40mm.

25.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 11) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania do 42 dni.

26.Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 5) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici o długości 75cm.

27.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o grubości 300 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

28.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły szpatuły podwójnej bez określenia „mikro-point”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

29.Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 2) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie wosku o składzie 80% mieszanina wosków pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy.

30.Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą konwencjonalnie tnąca i nicią o długości 75cm, spełniających pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie szwów z igłą konwencjonalnie tnąca i nicią o długości 75cm, spełniających pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

31.Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o grubości 5/0 i długości 75cm, spełniających pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgdy na powyższe.

32.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 7) Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą bez określenia „pogrubiona”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „pogrubiona”.

33.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 11) Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nici syntetyczne na bazie kwasu glikolowego, plecione, powlekane, wchłaniające (całkowite wchłonięcie szwu ok. 42 dni)?

W przypadku braku zgody na dopuszczenie w/w nici zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici syntetycznych na bazie kwasu glikolowego, plecionych, powlekanych, wchłaniających (całkowite wchłonięcie szwu ok. 42 dni).

34.Pytanie: (Dot. Zakresu III) Czy Zamawiający w w/w zakresie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgdy na powyższe.

35.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 10) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nitki o długości 75 cm.

36.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 11) Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą bez określenia „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgdy na powyższe.

37.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 7-8) Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgdy na powyższe.

38.Pytanie: (Dot. Zakresu XI poz. 4, 5) Czy Zamawiający w zakresie 11 poz. 4, 5 wyrazi zgodę na złożenie oferty na klipsy pakowane po 6 sztuk w magazynku znanego amerykańskiego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie może się odnieść do zadanego pytania, ponieważ w SIWZ nie ma Zakresu XI.

39.Pytanie: (Dot. Zakresu XI poz. 4, 5) W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz. 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby te powinny posiadać klasę IIB. Natomiast wyroby medyczne przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, muszą

posiadać klasę III. Czy zgodnie z tym rozporządzeniem Zamawiający w zakresie 11 poz. 4, 5 wymaga by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia - klatką piersiową, posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający nie może się odnieść do zadanego pytania, ponieważ w SIWZ nie ma Zakresu XI.

40.Pytanie: (Dot. Zakresu XI poz. 4, 5) Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zakresie 11 poz. 4, 5 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem wklejenie do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie może się odnieść do zadanego pytania, ponieważ w SIWZ nie ma Zakresu XI.

41.Pytanie: (Dot. Zakresu XI poz. 6) Czy Zamawiający w zakresie 11 poz. 6 oczekuje klipsów pokrytych teflonem celem lepszej penetracji tkanki oraz łatwiejszego ich zdjęcia po zagojeniu się rany?

Odpowiedź: Zamawiający nie może się odnieść do zadanego pytania, ponieważ w SIWZ nie ma Zakresu XI.

42.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II, Pozycji nr 1 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

43.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 9) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II, Pozycji nr 9 nici na bazie kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici na bazie kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni.

44.Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 11) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II, Pozycji nr 11 na bazie kwasu poliglikolowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici na bazie kwasu poliglikolowego.

45.Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 3, 4) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycjach nr 3 i 4 nici o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie nici o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

46.Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 6) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 6 igłę wzmocnioną o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

47.Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 7) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 7 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian.

48.Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 2) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr V, Pozycji nr 2 nici o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

49.Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 3) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr V, Pozycji nr 3 nici o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie nici o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian.

50.Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 6) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr V, Pozycji nr 6 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian.

51.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 1, 5) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI, Pozycjach nr 1,5 igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycjach dopuszcza zaoferowanie igły odwrótnie tnącej kosmetycznej.

52.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 4) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI, Pozycji nr 4 igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły odwrótnie tnącej kosmetycznej oraz nici o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian.

53.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 8) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI, Pozycji nr 8 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły o długości 18mm (tj. 2 x 18mm).

54.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 10) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI, Pozycji nr 10 igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej.

55.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 11, 13) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zakresu VI, Pozycji nr 11 i 13.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

56.Pytanie: (Dot. Zakresu VI poz. 12) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI, Pozycji nr 12 igłę okrągłą oraz nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej oraz nici o długości 70cm.

57.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VIII, Pozycji nr 1 nić wchłaniającą się 60-90 dni oraz igłę szpatułkę o długości 2x6mm i średnicy 200µm oraz nić o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

58.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 2) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VIII, Pozycji nr 2 nić wchłaniającą się 60-90 dni oraz igłę szpatułkę, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59.Pytanie: (Dot. Zakresu VIII poz. 4) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VIII, Pozycji nr 4 igłę szpatułkę o długości 2x6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie igły szpatułki o długości 2x6,4mm.

60.Pytanie: (Dot. Zakresu IX poz. 5) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IX, Pozycji nr 5 klipsy tytanowe średnio duże M/L wraz z bezpłatnym użyczeniem klipsownicy na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie klipsów tytanowych średnio dużych M/L wraz z użyczeniem w ramach wartości zawartej umowy min. 3 klipsownic na czas trwania umowy. Kompatybilność zaoferowanych klipsów z użyczoną przez Wykonawcę klipsownicą musi być potwierdzona w Instrukcji Obsługi Klipsów.

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ lek. med. Kamil Szyszow*