



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 04/2020).

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ **w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 7 do SIWZ). W Zakresie IV - Nici syntetyczne plecione powlekane z powleczeniem antybakteryjnym:**

jest:

„Nici syntetyczne plecione wykonane z kopolimeru glikolowego i kw. mlekowego (l-laktydu), powlekane kopolimerem kw. glikolowego oraz kw. mlekowego (l-laktydu) oraz stearynianem wapnia, z powleczeniem antybakteryjnym, wchłaniające się po 56-70 dniach, zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: 75%, po 21 dniach: 40-50%”;

a powinno być:

„Nici syntetyczne plecione wykonane z kopolimeru kw. glikolowego i kw. mlekowego (l-laktydu), powlekane kopolimerem kw. glikolowego oraz kw. mlekowego (l-laktydu) oraz stearynianem wapnia, z powleczeniem antybakteryjnym, wchłaniające się po 56-70 dniach, zachowaniem pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: 75%, po 21 dniach: 40-50%”.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 16.04.2020r. do godz. 11:00.** Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie **do dnia 16.04.2020r. do godz. 11:00.** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.04.2020r. o godz. 11:30.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu IV) Czy Zamawiający w Zakresie IV nie popełnił pomyłki pisarskiej i dopuszcza nici syntetyczne plecione wykonane z kopolimeru kw. glikolowego i kw. mlekowego (l-laktydu), powlekane kopolimerem kw. glikolowego oraz kw. mlekowego (l-laktydu) oraz stearynianem wapnia, z powleczeniem antybakteryjnym, wchłaniające się po 56-70 dniach, zachowaniem pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: 75%, po 21 dniach: 40-50%?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia w Zakresie IV nastąpiła omyłka. Zamawiający w w/w Zakresie wymaga zaoferowania nici syntetycznych plecionych wykonanych z kopolimeru kw. glikolowego i kw. mlekowego (l-laktydu), powlekane kopolimerem kw. glikolowego oraz kw. mlekowego (l-laktydu) oraz stearynianem wapnia, z powleczeniem antybakteryjnym, wchłaniające się po 56-70 dniach, zachowaniem pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: 75%, po 21 dniach: 40-50%.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 1). Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie V poz. 1 dopuszcza igłę kosmetyczną, odwrotnie tnącą w miejsce kosmetycznej dwuwklesłej, konwencjonalnie tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 1) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie V poz. 1 dopuszcza nici i igły pakowane pojedynczo w miejsce 4 szt. w saszetce?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 2) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie V poz. 2 dopuszcza igłę kosmetyczną, odwrotnie tnącą w miejsce kosmetycznej dwuwklesłej, konwencjonalnie tnącej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 1-3, 6, 7, 9) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycjach nr 1-3,6,7,9 nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z kopolimeru złożonego z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) powlekane kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 56-70 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie IV poz. 1-3, 6, 7, 9 dopuszcza zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, wykonanych z kopolimeru złożonego z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) powlekanych kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 56-70 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach.

6. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 4) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 4 nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z kopolimeru złożonego z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) powlekane kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 56-70 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie IV poz. 4 dopuszcza zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, wykonanych z kopolimeru złożonego z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) powlekanych kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 56-70 dni oraz podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian.

7. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 5) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 5 nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z kopolimeru złożonego z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) powlekane kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 56-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 27mm i krzywiznie 5/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

8. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 5 i 8) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zakresu nr IV, Pozycji nr 5 i 8.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 5) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 5 nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z homopolimerów kwasu glikolowego i powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 40mm i krzywiznie 5/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 8) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr IV, Pozycji nr 8 nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z homopolimerów kwasu glikolowego i powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie IV poz. 8 dopuszcza zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, wykonanych z homopolimerów kwasu glikolowego i powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.

11. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr V, Pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą oraz nić o długości 1x75cm, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

12. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 2) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr V, Pozycji nr 2 igłą odwrotnie tnącą o długości 20mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

13. Pytanie: (Dot. Zakresu IV) Czy Zamawiający w w/w zakresie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

14. Pytanie: (Dot. Zakresu IV poz. 8) Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 48 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie IV poz. 8 dopuszcza zaoferowanie igły o długości 48 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

15. Pytanie: (Dot. Zakresu V poz. 1-2) Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*