



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie nici chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych*”.
Numer postępowania: 27/2020.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.01.2021r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021r. godz. 11:30.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu I poz. 7, 8) Czy Zamawiający dopuszcza w Zakresie 1 poz. 7, 8 nici syntetyczne wchłaniające, monofilamentowe 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja po 60-90 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający w/w pozycjach wyraża zgodę na zaoferowanie nici syntetycznych wchłaniających, monofilamentowych 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorbcja po 60-90 dniach.

2. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chirurgicznej siatki separującej składającej się z dwóch komponentów: polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i monofilamentowego polifluorku winylidenu (PVDF), stanowiącego warstwę antyadhezyjną, siatka posiada znacznik ułatwiający jej ułożenie, gramatura 66 g/m², grubości siatki 0,7 mm, grubość włókna 165/140 μm, wielkość porów 0,8-2,0 mm:

- a) Rozmiar siatki: 10x15cm; prostokątna,
- b) Rozmiar siatki: 15x15cm; prostokątna,
- c) Rozmiar siatki: 20x20cm; prostokątna,
- d) Rozmiar siatki: 30x30cm; prostokątna,
- e) Rozmiar siatki: 30x45cm; prostokątna,
- f) Rozmiar siatki: koło o średnicy 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. Zakresu II poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Zakresie II:

Siatkę kompozytową wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m², porowatość średnia 830 μm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze:

- poz. nr a) - 11 x 14 cm bez zaokrąglonych brzegów (specyfikacja wymaga 10x 15 cm),
- poz. nr b) - 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm)
- poz. nr c) - 20x25 cm (specyfikacja wymaga 20 x 20 cm)
- poz. nr d) - 30x30 cm (specyfikacja wymaga 30x 30 cm)

poz. nr e) - 25x35 cm (specyfikacja wymaga 30 x 50 cm)

poz. nr f) - koło o \varnothing 12cm (specyfikacja wymaga koło o średnicy 12cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. zapisów SIWZ) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: W sytuacji opisanej w niniejszym pytaniu, Zamawiający uzna za spełniony wymóg dotyczący potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Pytanie: (Dot. Zakresu Zakresu I poz. 10) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr 1, Pozycji nr 10 nić sterylną, syntetyczną, plecionkę z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czas wchłaniania 60- 90 dni oraz igłę okrągłą mikro o długości 6,4mm, krzywiznie 3/8 koła, średnicy 150 μ m i nić o grubości 8/0 i długości 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*