MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
JONSCHER
IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

SZP.292 – 35/2019

Łódź, 04.10.2019r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: *„Dostawa sprzętu medycznego”* do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 35/2019).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu III pkt 1) Wymiary bieżni: długość: 2100mm, szerokość: 850 mm (+/-5%). Powierzchnia biegowa: 500 mm x 1500 mm (+/-5%).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o wymiarach 1880x700 cm?
Różnica pomiędzy wymaganymi wymiarami, a wartościami oferowanymi minimalna i nie wpływa negatywnie na jakość bieżni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. Pytanie: (Dot. zakresu III pkt 2) Dopuszczalna masa użytkownika 200kg (+/-5%).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z dopuszczalną masą użytkownika 150kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Pytanie: (Dot. zakresu III pkt 12)
42 programy
• 6 programów treningowych (skalowanych, ponad 100 wariacji)
• 28 testów profilowych (UKK 2km WalkTest, Bruce, Ellestad itp.)
• 8 programów wolnych
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z możliwością uruchomienia, modyfikacji, lub utworzeniem jednego ze 100 dostępnych profili?
Oferowana wysokiej klasy bieżnia udostępnia 10 gotowych profili. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenie do 100 profili.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. Pytanie: (Dot. zakresu III pkt 13)
Możliwość dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s).
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię bez możliwości dostosowania przyspieszenia (przyspieszenie od 0 do prędkości maksymalnej w czasie regulowanym od 3 do 131 s)?
Oferowana wysokiej klasy bieżnia umożliwia bezpieczne osiągnięci prędkości docelowej. Regulacja, czy dostosowanie, przyśpieszenia nie jest opcją bezpieczną.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. Pytanie: (Dot. zakresu III pkt 15) Urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu oraz promienie UV.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię nie w całości odporną na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu oraz promienie UV?
Czyszczenie konsoli można wykonać jedynie przy użyciu wilgotną tkaniną, bez szorstkich powierzchni. Wykluczone jest używanie gąbki i płynów w spray.
Ciecz nie może dostać się do złącza USB i Audio.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski