MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
JONSCHER
IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

SZP.292 – 37/2019

Łódź, 09.10.2019r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: *„Dostawę centrali monitorującej oraz kardiomonitorów”* do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 37/2019).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Pozycji 2 pkt 12) SATURACJA (SPO2) Pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu zakres pomiarowy pulsu od 20 do 254 bp/m ? Jest to wystarczający zakres pomiarowy do klinicznej oceny pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pozycji dopuszcza zaoferowanie Kardiomonitora z zakresem pomiarowym pulsu od 20 do 254 bp/m. Pozostałe parametry bez zmian.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski