



www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie osprzętu endoskopowego” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Numer postępowania: 38/2019.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 7 (formularz asortymentowo – cenowy):

a) w Zakresie I pozycji 16 poprzez zmianę ilości:
jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość
16	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku.	szt.	1

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość
16	Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035". Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku.	szt.	10

b) w Zakresie I pozycji 25 poprzez zmianę wymaganego asortymentu w banku implantów:

jest:

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Symbol, nr katalogowy	Stawka podatku VAT	Bank implantów
25	Protezy trzustkowe typu Geenen z zaczepami tylko po jednej stronie. Używane do drenażu zaczepowanych dróg trzustkowych. Średnica stentu 5 Fr długość stentu: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 cm. Średnica stentu 7 Fr długość stentu: 2, 3, 5, 7, 9 i 10 cm. Odpowiednie na prowadnik: 0,035".	szt.	13							Po 1 szt. z każdego rozmiaru.

a powinno być:

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Symbol, nr katalogowy	Stawka podatku VAT	Bank implantów
25	Protezy trzustkowe typu Geenen z zaczepami tylko po jednej stronie. Używane do drenażu zaczepowanych dróg trzustkowych. Średnica stentu 5 Fr długość stentu: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 cm. Średnica stentu 7 Fr długość stentu: 2, 3, 5, 7, 9 i 10 cm. Odpowiednie na prowadnik: 0,035".	szt.	13							dł. od 5 do 9 cm - po 1 szt. w rozmiarze 5 i 7 Fr

Załącznik nr 7 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 26.11.2019r. do godz. 11:00.** Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie **do dnia 26.11.2019r. do godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019r. do godz. 11:30.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: (Dot. Zakresu I poz. 1) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników do zabiegów ERCP z końcówką prostą dla rozmiaru 0,021 i 0,025 oraz końcówką prostą i zagiętą dla rozmiaru 0,035.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie prowadników do zabiegów ERCP z końcówką prostą dla rozmiaru 0,021 i 0,025 oraz końcówką prostą i zagiętą dla rozmiaru 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: (Dot. Zakresu I poz. 10) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań do dróg trzustkowych na prowadnik 0,025. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie poszerzań do dróg trzustkowych na prowadnik 0,025. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: (Dot. Zakresu I poz. 19) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów czterostopniowych do ekstrakcji, cewnik 6,6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie balonów czterostopniowych do ekstrakcji, cewnik 6,6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: (Dot. Zakresu I poz. 21) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 21, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żyłaków przelyku z sześcioma lub dziesięcioma opaskami z nasadką 8.6-9.2mm, 9.5-11.5mm, 9.5-13mm, 11-14mm dla 6 opasek i z nasadką w rozmiarze 9.5-11.5 dla 10 opasek. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie zestawów do opaskowania żyłaków przelyku o parametrach opisanych powyżej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: (Dot. Zakresu I poz. 22) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych na cewnik 6.6 i 8Fr, długości 185 i 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie szczotek cytologicznych do dróg żółciowych o parametrach opisanych powyżej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: (Dot. Zakresu I poz. 32) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 32, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do dwunastnicy o długości stentu 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie stentów samorozprężalnych do dwunastnicy o długości stentu 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: (Dot. Zakresu I poz. 37) Prosimy o dopuszczenie w zakresie I w pozycji 37, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych, cewnik 6.8Fr przyostrzony do 5.5FR. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający w ww. pozycji dopuszcza zaoferowanie balonów do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych, cewnik 6.8 Fr przyostrzony do 5.5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: (Dot. Zakresu I - bank implantów, poz. 16) Dotyczy pozycji 16 - Prosimy o zmianę ilości sztuk w depozycie w pozycji 16 na 1 sztukę z wybranego rozmiaru (planowana wg formularza ilość do zakupu to 1 sztuka).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Zakresie I poz. 16 nastąpiła omyłka pisarska. Prawdłowa wymagana przez Zamawiającego ilość samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych to 10 szt. (zgodnie z modyfikacją określoną powyżej) a nie 1 szt. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości sztuk w depozycie w tej pozycji.

Pytanie 9: (Dot. Zakresu I - bank implantów, poz. 25) Dotyczy pozycji 25 – Prosimy o zmianę ilości sztuk w depozycie w pozycji 25 na po 1 sztuce z wybranego rozmiaru (max 6 sztuk) – planowana wg formularz cenowego ilość do zakupu to 13 sztuk – w przypadku depozytu po 1 sztuce z każdego rozmiaru ilość złożonych w depozyt sztuk to również 13.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe - zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

Pytanie 10: (Dot. Zakresu I - bank implantów, poz. 33) Dotyczy pozycji 33 – Prosimy o zmianę ilości sztuk w depozycie w pozycji 33 na po 1 sztuce z wybranego rozmiaru (max 4 sztuki) – planowana wg formularz cenowego ilość do zakupu to 9 sztuk – w przypadku depozytu po 1 sztuce z każdego rozmiaru ilość złożonych w depozyt sztuk to również 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11: (Dot. warunków umowy § 1 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilość, określona w załączniku nr ... do niniejszej Umowy, stanowi wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów oraz wysokości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i zostać zredukowane do faktycznych potrzeb i możliwości, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 12: (Dot. warunków umowy § 3 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku możliwości dostarczenia asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę, z którym zawarł umowę na dostawę danego produktu, różnicą ceny zakupu i ceny umownej, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 13: (Dot. warunków umowy § 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 14: (Dot. warunków umowy § 5 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od momentu uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź:

Pytanie 15: (Dot. warunków umowy § 8 ust. 1 i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,4% na 0,1% oraz odpowiednio z 20% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 16: (Dot. warunków umowy § 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do niepodjęmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie 11: (Dot. warunków umowy § 11 ust. 1.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*