



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „*Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 10/2021).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, **Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:**

I. w załączniku nr 5 do SWZ (Wzór umowy):

- A) w § 4 ust. 3 i 4 zmienia wyrażenie „7 dni” na „7 dni roboczych”;
- B) w § 10 dodaje klauzulę przewidującą zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do treści przepisu art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);
- C) wykreśla w § 12 ust. 6.

Wzór umowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.

II. w rozdz. V pkt 7 SWZ:

jest:

„7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- 1) oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub*
- 2) będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.”*

a powinno być:

„7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- 1) oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub*
- 2) będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.”*

III. zmienia załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy) – modyfikacja w załączniku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz. 5 soczewkę jednoczęściową, akrylową, asferyczną, toryczną hydrofilną z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV

Uwodnienie: 25%

Współczynnik refrakcji: 1.46

Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D)

Średnica optyczna: 6 mm

Długość całkowita: 10.75 mm

Angulacja: 5 st

Stała A-Constant: 118.6

Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)

Wstępnie załadowana?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki o opisanych powyżej parametrach.

2. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 17)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz. 17 Hydroksypropylometylocelulozę o następujących parametrach:

- 2.4 % roztwór hydroksypropylometyloceluloz, lepkość (5s1): 7000 mPas, masa cząsteczkowa 500 000 DA

Osmolarność 255-305 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 20)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz. 20 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

Skład	- blulife $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ - środek zagęszczający - chlorek sodu - wodorofosforan sodu - diwodorofosforan sodu - woda do iniekcji
Stężenie	0,027 – 0,033%
pH	7.0-7.4
Osmolarność	270 – 330 mOsm/kg
Endotoksyny	<5 EU/kg/h
Postać	ciecz
Objętość	0,7 ml
Opakowanie	Ampułkostrzykawka – 6 szt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 20)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz. 20 barwnik do barwienia błony tylnej o następujących parametrach:

Skład	- błękit trypanu - blulife $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ - środek zagęszczający - chlorek sodu - wodorofosforan sodu - diwodorofosforan sodu - woda do iniekcji
Stężenie	0,162-0,198 % błękit trypanu 0,027 – 0,033% blulife
pH	7.0-7.4
Osmolarność	270 – 330 mOsm/kg
Endotoksyny	<5 EU ml
Postać	ciecz
Objętość	0,7 ml
Opakowanie	Ampułkostrzykawka – 6 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 26)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz. 26 implant przeciw jaskrowy, polipropylenowy, gładki, 0,4mm grubość płytki, bezzaworowy, z opóźnionym drenażem do stopniowego formowania pęcherzyka filtracyjnego, jednorazowy, sterylny
Dostępny w trzech rozmiarach:
SS (185mm²) 13,5mm x 15 mm
SL (245mm²) 15 mm x 17 mm
P1 (80mm²) pediatryczny 7mm x 7 mm góra, 9,5 mm x 9,5mm podstawa?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
6. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz. 4 Kaniula wygięta po łuku, do hydrodysekcji typu Helsinki, jednorazowego użytku, rozm. 27G, 0,4x25mm?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej kaniuli.
7. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 18)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 18 pierścień rozszerzający źrenicę w trakcie operacji okulistycznych, średnica 6.25 mm, jednorazowego użytku, sterylnie zapakowany; materiał polipropylen kształt kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczę, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usunięcia pierścienia z jednego portu operacyjnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
8. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 19)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 19 wysuwaną igłę 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie w rozmiarze 23g/0.12 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
9. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 29)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie III pozycja nr 29 kaniulę typu lacrimal zakrzywiona 26G x 1 1/8" (045 x 28 mm) końcówka z okrągłym otworem typu Rycroft, op. 10 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
10. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 31)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie III pozycji nr 31 jednorazowy trepan próżniowy posiadający komorę ssącą 360° bez podziału na 16 części, połączony silikonowym łącznikiem ze strzykawką 5ml ze sprężynką., rozmiar: 6,0-6,25-6,5mm-6,75-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm. W zestawie z sterylnym markerem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
11. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 32)** Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr III pozycji nr 32 punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palec można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatk. Rozmiar: 6,0, 6,25, 6,5mm-6,75mm-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm. W zestawie z sterylnym markerem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
12. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 14)** Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 14 dopuści wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 1000-1500mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm³ (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody)?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej oleju silikonowego.
13. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 15)** Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 15 dopuści wysokooczyszczony olej silikonowy o lepkości 5000-5900mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar właściwy 0,97g/cm³ (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody)?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej oleju silikonowego.

- 14. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 16)** Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 16 dopuści wysokooczyszczoną perfluorodekalinę o wzorze chemicznym $C_{10}F_{18}$, preparat stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki. Ciężar właściwy 1,908-1,93g/cm³, współczynnik załamania światła $n=1,31$ (dane przy temperaturze $t=20$ stopni C). Lepkość 5,53mpas (przy temperaturze $t=25$ stopni C). Temperatura wrzenia 140,4-142,4 stopni C?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej wysokooczyszczonej perfluorodekaliny, utrzymując jednocześnie wymóg zaoferowania preparatu w opakowaniu 7 ml.
- 15. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 25)** Czy Zamawiający w zakresie nr 2 poz. 25 dopuści pierścień dotorebkowy-wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na obu końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego iniektora z wewnętrzną blokadą tłoka. Pierścień dostępny w dwóch rozmiarach: 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13 mm do torby o średnicy 11-13mm, dzięki dopasowaniu się do średnicy torby. Długi transparenty koniec iniektora, co najmniej 38mm z naniesioną strzałką informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Z możliwością wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej pierścienia dotorebkowego.
- 16. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 20)** Czy Zamawiający wymaga w zakresie 2 poz. 20 - Roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg „brillant blue G” o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3-7,6 osmolarność 301-369 mOsm/k H₂O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml. 1 opakowanie 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej roztworu błękitu trypanu.
- 17. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 5)** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wielorazowego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie wielorazowego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu.
- 18. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 6a)** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednego wielorazowego zestawu do implantacji soczewek (injector + penseta)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 19. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 6b)** Czy Zamawiający dopuści soczewki o współczynniku refrakcji 1,55?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewki o współczynniku refrakcji 1,55.
- 20. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 6b)** Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli „asferyczność - 0,2 μm (przednia powierzchnia)”?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w w/w Pakiecie/pozycji ma na myśli asferyczność - 0,2 μm (przednia powierzchnia).
- 21. Pytanie: (Dot. zapisów SWZ)** Czy Zamawiający wprowadzi do SWZ zapisy wskazane w art. 107, ustawy 2 ustawy PZP : „Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie(....)”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.
- 22. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy)** Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 2 zdanie pierwsze projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia wielkości przedmiotu Umowy w przypadku rzeczywistego mniejszego zużycia asortymentu (możliwość rezygnacji z części zamawianego asortymentu) z zastrzeżeniem, że rezygnacja z asortymentu nie przekroczy 20% wartości Umowy.”
Uzasadnienie:
Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości wskazanej w SIWZ umożliwi mu lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

23. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 3 i 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację pisemnie w terminie:

- 1) 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego – w przypadku reklamacji ilościowej,
 - 2) 7 dni roboczych od dnia dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej,
- oraz poinformować czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ww. terminie uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od momentu uznania reklamacji, natomiast załatwienie zasadnych reklamacji ilościowych będzie następowało poprzez dostarczenie brakującej ilości asortymentu w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji ilościowej.”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi w określaniu najważniejszych terminów umownych. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji.

Odpowiedź: Zamawiający w §4 ust. 3 i 4 projektu umowy wyraża zgodę na zmianę wyrażenia „7 dni” na „7 dni roboczych” – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

24. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie §7 ust. 1-3 i ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:

- „1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 4, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% od wartości netto niewykonanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tego zamówienia.
2. W sytuacji określonej w § 9 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanych dostaw.
3. W przypadku, gdy przedmiot Umowy jest wykonywany siłami Podwykonawców, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% od wartości netto określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ale łącznie nie więcej niż 10% tej wartości.
- (...).
7. Wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 30% wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2.”

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie. Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem. Wykonawca nie ma wpływu na wysokość tego podatku.
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych za zwłokę powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- Prosimy o obniżenie maksymalnej wartości kar umownych do 30% wartości netto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

25. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy) Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- 1) Wykonawca, ze swej wyłącznej winy, narusza istotne postanowienia Umowy, to znaczy:
 - a) świadczone przez Wykonawcę dostawy istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego, a uchybienia nie zostały usunięte pomimo wezwania i mają charakter powtarzający się (co najmniej 3 razy);
 - b) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, z wyłącznej własnej winy nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą Umową”.

Uzasadnienie:

- Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne wyjątkowo, w konkretnie wymienionych sytuacjach, a nie wymienionych jedynie przykładowo. W przeciwnym wypadku

omawiane uprawnienie Zamawiającego mogłoby być stosowane w przypadku każdych, nawet nieistotnych uchybień niewpływających na ogólną jakość i terminowość świadczeń Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy powinno być możliwe w przypadku powtarzających się przynajmniej trzykrotnie naruszeń istotnych postanowień umowy powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 26. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy)** Zwracam się z prośbą o wykreślenie z §10 projektu umowy ustępu 1 pkt 7.

Uzasadnienie:

Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów wprowadzonych przez producenta stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 27. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy)** Zwracam się z prośbą o dodanie w §10 ust. 1 projektu umowy kolejnego punktu w następującym brzmieniu: „*W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy, nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.*”

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług wpływający na wysokość ceny brutto jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy ustawodawca zmieni stawkę VAT na wyroby objęte umową, nowa stawka powinna być stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 28. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy)** Wykonawca prosi o wykreślenie w §12 projektu umowy ustępów o nr 6-8.

Uzasadnienie:

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, dotyczy tylko dostaw realizowanych w ramach umowy o roboty budowlane, co nie ma miejsca w niniejszym postępowaniu – obowiązek ten nie znajduje zatem zastosowania.

- W odniesieniu do obowiązku wstąpienia przez Wykonawcę do postępowania zainicjowanego przez podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca wskazuje, że może wziąć udział tylko w takim postępowaniu i tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy lub odpowiednie decyzje/rozstrzygnięcia właściwych organów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z §12 projektu umowy jedynie ustępu nr 6 – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

- 29. Pytanie: (Dot. zapisów projektu umowy)** Wykonawca prosi o uzupełnienie umowy o klauzule przewidujące zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do treści przepisu art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020).

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020): Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją określoną powyżej Zamawiający w §10 projektu umowy dodaje klauzulę przewidującą zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do treści przepisu art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

30. **Pytanie: (Dot. zapisów SWZ)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z wyrobem medycznym przetłumaczonej ulotki w języku polskim? Oferowane wyroby medyczne posiadają ulotki w języku angielskim.

Odpowiedź: Zgodnie z rozdz. V pkt. 2, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dodać do oferty informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 7 do SWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego Pakietu i pozycji dotyczy.

31. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 14)** Czy Zamawiający dopuści oleje silikonowe o podanych parametrach?

Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 1000:

Pojemność 10 ml, pakowany w strzykawkę, gotowy do użycia

Lotność ($200^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 24h) $\leq 0,11\%$

Lepkość kinematyczna ($25^{\circ}\text{C} \pm 0,02^{\circ}\text{C}$) $1000\text{cSt} \leq \eta \leq 1500\text{cSt}$

Gęstość ($20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) $0,96 - 0,98$

Polidispersyjność $\leq 2,8$

Współczynnik załamania/ wskaźnik refrakcji ($20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$): $1,403 \leq n_d \leq 1,406$

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

32. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 15)** Czy Zamawiający dopuści oleje silikonowe o podanych parametrach?

Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 5000.

Pojemność 10 ml, pakowany w strzykawkę, gotowy do użycia.

Lotność ($200^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 24h) $\leq 0,11\%$

Lepkość kinematyczna ($25^{\circ}\text{C} \pm 0,02^{\circ}\text{C}$) $5000\text{cSt} \leq \eta \leq 5900\text{cSt}$

Gęstość ($20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) $0,96 - 0,98$

Polidispersyjność ≤ 3

Współczynnik załamania/ wskaźnik refrakcji ($20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$): $1,403 \leq n_d \leq 1,410$

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

33. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 16)** Czy Zamawiający dopuści Perfluorowęglowodór o podanych parametrach ?

Potwierdzenie badaniami laboratoryjnymi zawartości:

Perfluorodekaliny $\leq 97\%$,

Perfluoroheksacyklobutanu $\leq 3\%$

Indeks refrakcji 1.31

Gęstość: $1,930 \leq D \leq 1,950$

Pakowany w fiolce o pojemności 7 ml, gotowy do użycia w zestawie igła jednorazowego użytku

20G (0,9 mm x 25 mm) oraz strzykawka 10 ml z systemem luer lock.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

34. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 17)** Czy Zamawiający dopuści 2,0% roztwór hydroksypropylometylocelulozy o lepkości 4000 – 5000 mPa-s, osmolarności 270-400 mOsmol/kg oraz ph- 6-7,5? Zestaw zawiera jednorazową strzykawkę z 2 ml roztworu oraz jednorazową kaniulę do wstrzykiwań 23 Ga.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

35. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 27)** Czy Zamawiający dopuści taśmę okalającą silikonową do odwarstwienia siatkówki, szer. 3,5mm, grub. 0,75mm, dł. 120mm (typ 41) (op. a'3szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

36. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 7)** Czy Zamawiający dopuści kaniulę tępa jałowa jednorazowego użytku 25G do endoirygacji /płukania dróg łzowych o wymiarach średnica 0.508 mm, długość 25.4mm ?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanej powyżej kaniuli.

37. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 12)** Czy Zamawiający dopuści implant gałki ocznej do wypełniania oczodołu po enukleacji (wyluszczeniu), wykonany z porowatego polietylenu, porowatość otwarta implantu mieści się w zakresie 40-60%, kształt owalny o śr. 18mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
38. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 16)** Czy Zamawiający dopuści światłowód żyrandolowy dotrokarowy o pojedynczym włóknie ze specjalnym silikonowym pierścieniem do fiksacji w trokarach 25G? Ruchomy silikonowy pierścień pozwala na osiągnięcie żądanej głębokości.
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanego powyżej światłowodu żyrandolowego.
39. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 20)** Czy Zamawiający dopuści trokary w rozmiarze 25G w systemie onestep wyposażone w ostrą prowadnicę, zaworek oraz rękojeść z podziałką milimetrową, zapakowane w niepodzielne opakowanie zawierające 3 sztuki trokarów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
40. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 25)** Czy Zamawiający dopuści trokary w rozmiarze 23G w systemie onestep wyposażone w ostrą prowadnicę, zaworek oraz rękojeść z podziałką milimetrową, zapakowane w niepodzielne opakowanie zawierające 3 sztuki trokarów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
41. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 5)** Czy Zamawiający dopuści uwodnienie poniżej 0,7% oraz dioptrażu od 10,0D do 30,0D, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie soczewek wewnątrzgałkowych o uwodnieniu poniżej 0,7% oraz dioptrażu od 10,0D do 30,0D, pozostałe parametry bez zmian.
42. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 9)** Czy Zamawiający dopuści soczewki o angulacji 5°, współczynnik refrakcji 1,52, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
43. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 16)** Czy Zamawiający dopuści lepkość 5,0mPas?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
44. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 17)** Czy Zamawiający wymaga szklanej strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji nie wymaga zaoferowania szklanej strzykawki.
45. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 18)** Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% (stężenie 14 mg/ml), pochodzenia syntetycznego, masa cząsteczkowa 2,3-3,2 MDa o lepkości 60 000-100 000 mPas, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
46. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 28)** Czy Zamawiający dopuści gaz SF6 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
47. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 29)** Czy Zamawiający dopuści gaz C3F8 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
48. **Pytanie: (Dot. Pakiet II, poz. 30)** Czy Zamawiający dopuści gaz C2F6 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
49. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 31)** Czy Zamawiający dopuści opakowanie 144 szt.? Jeśli tak, jaką ilość należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
50. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści nóż 20G/1.15mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

51. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści nóż Slit o długości części metalowej 1,2cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

52. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 7)** Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G 0,45x28mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

53. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 18)** Czy Zamawiający dopuści pierścień 6,3mm o kształcie okrągłym z czterema pętlami w równych odstępach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

54. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 29)** Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarze 26G x 1 1/4" (.45x28mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

55. **Pytanie: (Dot. Pakiet III, poz. 32)** Czy Zamawiający dopuści podstawę próżniową posiadającą 5 otworów ssących (1 otwór centralny i 4 otwory paracentralne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

56. **Pytanie: (Dot. SWZ)** Czy Zamawiający zgodnie z ustawą PZP z dnia 11 września 2019r., art. 107 ust. 2 wyrazi zgodę na dodanie zapisu do SWZ iż „Zamawiający może żądać od Wykonawcy uzupełnienia lub złożenia przedmiotowych środków dowodowych jeśli nie zostały złożone lub zostały złożone niekompletne”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe – zgodnie z modyfikacją określoną powyżej.

57. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 1A)** Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, asferyczne. Średnica optyczna 6 mm, średnica całkowita w zakresie 10,50-11,00 mm, współczynnik refrakcji 1,46, angulacja 0 stopni, uwodnienie 26%, filtr UV, dioptra od -10,00 do + 40,00D, zapakowana fabrycznie do kartridża z dołączonym injectorem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

58. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 1A)** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia kartridża w przypadku dopuszczenia soczewki z poz. 1a która jest fabrycznie zapakowana do Kartridża?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

59. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 5)** Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa, asferyczna, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Kwadratowy brzeg 360 stopni. Soczewka z filtrem UV . Zakres dioptrażu od 10,00D do 30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2mm. Uwodnienie 1-4%. Współczynnik refrakcji 1.48?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

60. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 9)** Czy zamawiający dopuści również soczewkę o uwodnieniu 1-4% oraz współczynniku refrakcji 1.48?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

61. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 15)** Czy zamawiający dopuści również olej o parametrach wymienionych poniżej: Olej silikonowy wysoce oczyszczony 5000 do tamponady wewnątrzgałkowej w okulistycznych zabiegach w tylnym segmencie oka, lepkość 5000 mPas, współczynnik refrakcji 1,40, ciężar właściwy 0,972g/cm w temperaturze 25 stopni, strzykawka o pojemności 10 ml? Powered by

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

62. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 16)** Czy zamawiający dopuści również dekalinę o parametrach wymienionych poniżej: Perfluorodecalina o lepkości 2.66 cSt w temperaturze 37 stopni, ciężar właściwy 1,93, współczynnik refrakcji 1,31, objętość 5ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- 63. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 18)** Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:
Stężenie 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu
Pochodzenie biofermentacja bakterii
Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln Daltonów)
Lepkość 400 000mPa-s (przy zerowej szybkości ścinania)
Osmolarność 270-400 mOs/kg
pH 6.8 do 7.6
Temperatura przechowywania 2°-25°C
Objętość ampulko-strzykawki 1,0ml, kaniula 27G
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 64. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 19)** Czy zamawiający dopuści również hialuronian o masie cząsteczkowej 2,8-3,2 mln Da, lepkości 3000 000 mPas uzyskiwany poprzez fermentację bakteryjną , objętość 1 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 65. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 20)** Czy zamawiający dopuści również preparat pakowany po 1 sztuce?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie preparatu pakowanego po 1 sztuce. W takiej sytuacji należy wycenić 1 000 szt. ampulko-strzykawek a'0,5ml.
- 66. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 21)** Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu w fiolce o pojemności 1 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 67. Pytanie: (Dot. zapisów umowy)** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie nr 2 pozycja 1 również soczewek o terminie ważności 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 68. Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 4)** Czy w Pakiecie III poz. 4 Zamawiający dopuści kaniulę do hydrodysekcji zakrzywioną pod kątem 45 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 69. Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 6)** Czy w Pakiecie III poz. 6 Zamawiający dopuści kaniulę do podaży preparatów zakrzywioną pod kątem 45 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 70. Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 18)** Czy w Pakiecie III poz. 18 Zamawiający dopuści pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia? W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 71. Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 1)** Czy w Pakiecie nr III poz. 1 Zamawiający dopuści nóż do portu bocznego 20G (1,2mm) o długości części metalowej 2,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 72. Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 2)** Czy w Pakiecie nr III poz. 2 Zamawiający dopuści nóż SLIT o długość części metalowej od początku ostrza do plastikowej rękojeści: 1,2cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- 73. Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 25)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie II w pozycji 25 pierścieni dotorebkowych o rozmiarach 11, 12, reszta parametrów bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie opisanych powyżej pierścieni dotorebkowych.
- 74. Pytanie: (Dot. Pakiet I)** Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, czy Zamawiający wydzieli pozycje 9 oraz 25 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

75. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 14)** Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy o lepkości nie mniej niż 1300 cst, współczynnik refrakcji w temp 24-25 stopni Celsjusza 0,96-0,98 g/cm³. Opakowanie sterylne ampulkostrzykawka o pojemności 10 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

76. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 15)** Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy o lepkości nie mniej niż 5500 cst, współczynnik refrakcji w temp 24-25 stopni Celsjusza 1,403-1,415, ciężar właściwy 2 temp 24-25 stopni C 0,96-0,98 g/cm³. Opakowanie sterylne ampulkostrzykawka o pojemności 10 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

77. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 16)** Czy Zamawiający dopuści perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy. Lepkość w temp. 24-25 stopni 2,57-2,61 cst (5mPa), ciężar właściwy 1,92-1,94 g/cm³. Współczynnik refrakcji 1,313-1,314 napięcie powierzchniowe 17,6-17,8. Temperatura wrzenia 141-143 stopni C, pakowany w pojemności 7 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

78. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 24)** Czy Zamawiający dopuści ryboflawiny o pojemności 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie ryboflawiny o pojemności 3 ml. W takiej sytuacji należy wycenić 25 szt. a'3 ml.

79. **Pytanie: (Dot. Pakiet II poz. 28, 29, 30)** Czy Zamawiający dopuści pojemności 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

80. **Pytanie: (Dot. Pakiet III poz. 4)** Czy Zamawiający dopuści światłowód żyrandolowy 29G o unikatowym mocowaniu i dostosowaniu do wszystkich maszyn witrektomijnych-opakowanie 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że światłowód żyrandolowy został opisany w Pakiecie III poz. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego powyżej światłowodu.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*