



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 13/2021).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:

I. w załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

1) w poz. 2:

obecny zapis:

„**Poz. 2** - Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- plazmafiltra z plazmasulfonową błoną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m²,
- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu,
- drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski),
- worka na filtrat 10 l z zaworem spustowym,
- kompletu łączników.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 2** - Zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- plazmafiltra z plazmasulfonową błoną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m²,
- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu,
- drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Luer Lock z podłączoną igłą typu „spike”, dwoma zbiornikami podgrzewacza i przyłączem wylotowym typu Luer (męski),
- worka na filtrat 10 l z zaworem spustowym,
- kompletu łączników.”

2) w poz. 3:

obecny zapis:

„**Poz. 3** – Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów:

- kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia,
- hemofiltera z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m²,
- drenu dializatu.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 3** - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów:

- kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami,
- hemofiltera z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m²,
- drenu dializatu.”

3) w poz. 5:

obecny zapis:

„**Poz. 5** - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu (z 4 żółtymi przyłączami typu Safe Lock), cytrynianu (z bezbarwną końcówką typu Safe Lock), wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m².”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 5** - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m².”

4) w poz. 6:

obecny zapis:

„**Poz. 6** - Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 7 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu (z żółtymi przyłączami typu Safe Lock), substytutu (z niebieskimi przyłączami typu Safe Lock), cytrynianu (z bezbarwną końcówką typu Safe Lock), wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m².”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 6** - Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 7 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, substytutu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m².”

5) w poz. 7:

obecny zapis:

„**Poz. 7** - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu (z żółtymi przyłączami typu Safe Lock), cytrynianu (z bezbarwną końcówką typu Safe Lock), wapnia (z igłą „spike” z napowietrzaniem);
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m² o punkcie odcięcia 40 kD”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 7** - Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego, składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:

- zmodyfikowanej kasety integrującej 6 drenów: dostępu, zwrotu, filtratu, dializatu, cytrynianu, wapnia, z przyłączami kompatybilnymi do oferowanych worków z roztworami;
- hemofiltru z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m² o punkcie odcięcia 40 kD.”

6) w poz. 13:

obecny zapis:

„**Poz. 13** – Antykoagulant cytrynianowy – 4% cytrynian sodu (136 mmol/l). Opakowanie: worek jednokomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 1,5 l. Worek musi

posiadać dwa porty do pobierania płynu typu Safe Lock (kolor: bezbarwny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 13** – Antykoagulant cytrynianowy – 4% cytrynian sodu (136 mmol/l). Opakowanie: worek jednokomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 1,5 l. Worek musi posiadać port do pobierania płynu typu Secu Nect (kolor: zielony).”

7) w poz. 17:

obecny zapis:

„**Poz. 17** – Roztwór CaCl₂ 100 mmol/l w workach 1,5 l.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 17** – Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l. Opakowanie: worek jednokomorowy zapakowany szczelnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza – poj. 1,5l. Worek musi posiadać port do pobierania płynu typu Secu Nect (kolor: biały).”

8) w poz. 20:

obecny zapis:

„**Poz. 20** – Łącznik Y umożliwiający jednoczesne podanie dwóch preparatów.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 20** – Łącznik Y umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch worków na filtrat.”

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji w załączeniu.

II. w załączniku nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy:

1) w poz. 17:

obecny zapis:

„**Poz. 17** – Roztwór CaCl₂ 100 mmol/l w workach 1,5 l.”

otrzymuje brzmienie:

„**Poz. 17** – Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l, w workach 1,5l.”

- 2) Pod tabelą dodaje zapis: *Oferowany termin dostawy: (max. 3 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia oraz Oferowany termin płatności (min. 30 dni)”.*

Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji w załączeniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytanie: (Dot. pozy. 11, 12, 13)** Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie z pakietu poz. nr 11-13 i utworzenie odrębnego zadania na płyny do terapii nerkozastępczych na aparacie Multifiltrate.
Obecna konstrukcja SIWZ uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
- Pytanie: (Dot. pozy. 14)** Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa

rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylne z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. **Pytanie: (Dot. pozy. 15)** Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylne z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4. **Pytanie: (Dot. pozy. 16)** Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 30cm, 35cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylne z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5. **Pytanie: (Dot. pozy. 15, 16, 17)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15-17 z Formularza cenowego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*