



Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania wraz z sukcesywnym dostarczaniem preparatu do dezynfekcji” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
(Numer postępowania: 27/2021).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

W związku z zapytaniem do SWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie: (Dot. Pakietu I) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu profesjonalne, mobilne urządzenie o wadze 23 kg (na rynku nie są dostępne urządzenia o masie do 8kg zdolne skutecznie zamglawić powierzchnię 1000m²) i wymiarach: szer. 300mm x wys. 470mm x gł. 500mm, wyposażone w mocny i cichy silnik niskobrotowy? Dzięki zastosowanej technologii, proces skutecznej fumigacji odbywa się dwukrotnie szybciej w porównaniu do zamglawiarek turbinowych, u których średni wydatek wynosi ok. 16 ml/min. Zaletą zastosowania silnika nieturbinowego jest także dłuższy czas eksploatacji i niższy poziom generowanego hałasu. Urządzenie spełnia pozostałe kryteria Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie.

Gotowość do pracy w sektorze medycznym potwierdzona atestem NIZP-PZH oraz normą PN-EN 17 272 (2020).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

***p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ lek. med. Kamil Szyszow***