




Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na: „Dostawę sprzętu medycznego” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 46/2021).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ


W związku z zapytaniem do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

- Pytanie: (Dot. Pakietu II)** Czy Zamawiający wymaga, by audiometr posiadał audiometrie słowną?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, by audiometr posiadał audiometrie słowną.
- Pytanie: (Dot. Pakietu II)** Czy zamawiający dopuści audiometr obsługiwany za pośrednictwem komputera PC? Do jego działania wymagany jest komputer z systemem Windows.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania audiometru obsługiwanego za pośrednictwem komputera PC.
- Pytanie: (Dot. Pakietu II)** Czy Zamawiający dopuści audiometr charakteryzujący się zakresem natężenia dźwięku dla poszczególnych częstotliwości dla słuchawek powietrznych jak na poniższym wykresie (białe pole):



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie audiometru charakteryzującego się zakresem natężenia dźwięku dla poszczególnych częstotliwości dla słuchawek powietrznych jak na powyższym wykresie (białe pole).

- Pytanie: (Dot. Pakietu II)** Czy Zamawiający dopuści audiometr charakteryzujący się zakresem natężenia dźwięku dla poszczególnych częstotliwości dla słuchawki kostnej jak na poniższym wykresie (białe pole):



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie audiometru charakteryzującego się zakresem natężenia dźwięku dla poszczególnych częstotliwości dla słuchawki kostnej jak na powyższym wykresie (białe pole).

5. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 10)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, które zawiera testy audiometrii słownej zintegrowane w swojej bazie i nie wymaga zewnętrznego źródła testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, które zawiera testy audiometrii słownej zintegrowane w swojej bazie i nie wymagające zewnętrznego źródła testów.

6. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 11)** Czy zdalne zarządzanie pracą audiometru oznacza, że można wykonać badanie używając tylko i wyłącznie komputera, do którego podłączony jest audiometr? Czy chodzi o możliwość zarządzania badaniami przeniesionymi z audiometru?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem zdalnego zarządzania pracą audiometru ma na myśli możliwość zarządzania badaniami przeniesionymi z audiometru – bez konieczności używania komputera.

7. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 5)** Czy Zamawiający dopuszcza audiometr 1,5 kanałowy? Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość maskowania zarówno dla audiometrii tonalnej jak i audiometrii mowy. Oferowany audiometr 1.5 kanałowy umożliwia podawanie dźwięku 1 kanałem do odbiornika na jednym uchu, 2 kanałem z kolei do ucha przeciwnego bez możliwości ustawienia 2 kanałów dla jednego przetwornika słuchawkowego. Takie rozwiązanie generalnie stosowane jest w zaawansowanych testach klinicznych przy bardzo szczegółowej diagnostyce zaburzeń słuchu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie audiometru 1,5 kanałowego.

8. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 6)** Czy Zamawiający dopuszcza pracę słuchawek powietrznych w zakresie częstotliwości: 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz? Jest to szerszy zakres częstotliwości niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie audiometru wyposażonego w słuchawki powietrzne o zakresie częstotliwości: 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz.

9. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 7)** Czy Zamawiający poprzez „tłumienie” miał na myśli zakresy poziomów natężeń dźwięku dla przewodnictwa powietrznego? Jeśli tak – czy Zamawiający dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa powietrznego od -10 dB do 120 dB HL w całym zakresie pracy słuchawek powietrznych? Jest to szerszy zakres poziomów natężenia dźwięku niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ww. Pakiecie/pkt poprzez „tłumienie” miał na myśli zakresy poziomów natężeń dźwięku dla przewodnictwa powietrznego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa powietrznego od -10 dB do 120 dB HL w całym zakresie pracy słuchawek powietrznych.

10. **Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 8)** Czy Zamawiający dopuszcza pracę słuchawki kostnej w zakresie częstotliwości: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz? Oraz czy Zamawiający przez „Zakres

wysokich częstotliwości” miał na myśli zakres poziomów natężeń dźwięku dla przewodnictwa kostnego? Jeśli tak – czy Zamawiający dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa kostnego od -10 dB do 90 dB HL w całym zakresie pracy słuchawki kostnej? Jest to szerszy zakres częstotliwości oraz szerszy zakres poziomów natężenia dźwięku niż zaproponowany przez Zamawiającego, co przekłada się na bardziej szczegółową diagnostykę audiologiczną pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie audiometru wyposażonego w słuchawkę kostną w zakresie częstotliwości: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że poprzez „Zakres wysokich częstotliwości” miał na myśli zakres poziomów natężeń dźwięku dla przewodnictwa kostnego oraz dopuszcza zakresy poziomów natężenia dźwięku dla przewodnictwa kostnego od -10 dB do 90 dB HL w całym zakresie pracy słuchawki kostnej.

11. Pytanie: (Dot. Pakietu II, pkt 11) Czy Zamawiający dopuści zestaw bez przenośnej torby?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu bez przenośnej torby.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*