



Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.” (Numer postępowania: 06/2022).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniem do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. **Pytanie: (Dot. poz. 1)** Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 rękawiczki o AQL 1,0.

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1 wymaga zaoferowania rękawic o AQL mniejszym lub równym 1,5.

2. **Pytanie: (Dot. poz. 1)** Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 rękawiczek pakowanych po 200 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. **Pytanie: (Dot. poz. 1)** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe wolne od:

Nr	Badanie chemiczne
1	Butylohydroksyanizol (BHA) (µg/g)
2	Butylohydroksytoluen (BHT) (µg/g)
3	Tiokarbamid difenylu (DPT) (µg/g)
4	Merkaptobenzotiazol (MBT) (µg/g)
5	Dwusiarczek tetrametylotiuramu (TMTD) (µg/g)
6	Dibutyloдитiokarbaminian cynku (ZDBC) (µg/g)
7	Dietyloditiokarbaminian cynku (ZDEC) (µg/g)
8	Dimetyloditiokarbaminian cynku (ZDMC) (µg/g)
9	Merkaptobenzimidazol cynku (ZMBI) (µg/g)
10	Merkaptobenzotiazol cynku (ZMBT) (µg/g)
11	Pentametyloditiokarbaminian cynku (ZPMC) (µg/g)

?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w pozycji dopuszcza zaoferowanie rękawic nitrylowych pozbawionych związków chemicznych wskazanych w powyższej tabeli.

4. **Pytanie: (Dot. poz. 2)** Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe wolne od ftalanów w tym DOP i DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian.

5. **Pytanie: (Dot. poz. 2)** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania rękawic winylowych oznakowanych jako środek ochrony indywidualny i dopuści oznakowane jako wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski