

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Sukcesywne dostarczanie gwoździ, wkrętów oraz płytek ortopedycznych*” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. (Numer postępowania: 12/2022).

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na mocy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ:**

1) w Załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w Pakiecie I poz. 2:

obecny zapis:

Pakiet I – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.
2	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny	Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej – antegrade). Długość 340-440 mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440 mm pokryty celownikiem dalszym. Średnica 0-12 mm ze skokiem (co 1 mm). W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy 5,0-5,5 mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale 5,0-5,5 mm, posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowane co 5 mm. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika.	szt.

otrzymuje brzmienie:

Pakiet I – GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.
2	Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny	Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej – antegrade). Długość 340-440 mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440 mm pokryty celownikiem dalszym. Średnica 9-12 mm ze skokiem (co 1 mm). W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowierzącymi kaniulowanymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy 5,0-5,5 mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale 5,0-5,5 mm, posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15 mm stopniowane co 5 mm. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika.	szt.

Załącznik nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

- 2) w Załączniku nr 7 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) usuwa się poz. 8.3 w Pakiecie I – Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W związku z zapytaniami do SWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 1)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: *Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy: krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową, do wyboru operatora: śruba standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) oraz śruba teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkretem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkrety blokujące o średnicy 4,5mm.*
Długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową, do wyboru operatora: śruba standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) oraz śruba teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkretem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkrety blokujące o średnicy 4,5mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 1)** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu I poz. 1 w oddzielny pakiet, celem uzyskania konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
3. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 2)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź udowy tytanowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
4. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 3)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Uniwersalny tytanowy gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
5. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 4)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, tytanowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanalkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
6. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 5)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź piszczelowy, mocowany odpiętowo, tytanowy, blokowany w części piętowej trzema wkrętami o średnicy 4,5mm w dwóch płaszczyznach. Jeden z otworów w kształcie fasoli służący do wykonania kompresji. Gięty na odległości 70mm, kąt gięcia 8 stopni. W części piszczelowej blokowany dwoma wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm jeden z otworów wydłużony, umożliwiający dynamiczną stabilizację złamania. Średnica w części piętowej – 12,5mm, Średnica w części piszczelowej – 7 do 12mm. Dostępna wersja z jednolitą średnicą 13mm. Długość od 150 mm do 300 mm. Gwóźdź z 3 kanalkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Gwóźdź kaniulowany umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
7. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 6)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), tytanowy, prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0.

W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdź w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

8. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 7)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdź bez śruby kompresyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 7)** Czy Zamawiający w Pakiecie I poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania do gwoźdź do kości przedramienia dodatkowo wkrętów blokujących Ø 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

10. **Pytanie: (Dot. Pakietu II poz. 4)** Czy Zamawiający w Pakiecie II poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej o średnicy 4,0 mm z gwintem 5-16 mm, dł. 10-70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

11. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 2)** Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści możliwość oferowania gwoździ udowych anatomicznych w zakresie średnic 10-12mm zamiast 0-12mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie wymaganych średnic gwoździ udowych anatomicznych z 0-12mm na 9-12mm.

12. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 5)** Czy Zamawiający w poz. nr 5 dopuści możliwość oferowania gwoździ wstecznych pischelowych w zakresie średnic 10-12mm i dł. 180-320mm zamiast średnic 10-14mm i dł. 180-400mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie gwoździ wstecznych pischelowych w zakresie średnic 10-12mm i dł. 180-320mm.

13. **Pytanie: (Dot. Pakietu I poz. 9)** Czy Zamawiający w poz. nr 9 dopuści możliwość oferowania gwoździ Rusha w zakresie dł. 50-420mm zamiast 50-430mm?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji dopuszcza zaoferowanie gwoździ Rusha w zakresie dł. 50-420mm.

14. **Pytanie: (Dot. załącznika nr. 7 do SWZ Pakiet I poz. 8.3)** Z uwagi na brak wskazania do zastosowania śruby kompresyjnej do gwoźdź piętowego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na jej wykreślenie ze składu kompletu oraz jako pozycji do wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający w w/w Pakiecie/pozycji wyraża zgodę na wykreślenie śruby kompresyjnej do gwoźdź piętowego ze składu kompletu – zgodnie z modyfikacją określona powyżej.

15. **Pytanie: (Dot. wzoru umowy)** Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2 lit. b iż uprawnienie do wypowiedzenia umowy z tytułu nieterminowej dostawy może dotyczyć dostaw ze zwłoką powyższej 10 dni roboczych oraz w przypadku przynajmniej zwłoki w dostawie 3 kolejnych po sobie dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.